

Trámite Simplificado

26/06/2019

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
111	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: BRUKER ESPAÑOLA, SA Localidad :VALENCIA IRA-3434 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3434/19 Fecha Solicitud: 12-02-2019	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría de investigación para: - Uso y almacenamiento de fuentes radiactivas encapsuladas y material radiactivo no encapsulado, destinado a procesos de calibración, verificación y test sobre cámaras PET/SPECT/CT - Utilización de cámaras PET/SPECT/CT, para investigación, asistencia técnica, demostraciones comerciales, diagnóstico con radioisótopos y formación de usuarios y técnicos	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha.
112	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: MEDIDAS AMBIENTALES, SL Localidad: MEDINA DE POMAR (Burgos) IRA-3431 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3431/19 Fecha Solicitud: 08-01-2019	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva Industrial de 3ª categoría para: - Análisis de muestras que pueden contener radioisótopos procedentes de instalaciones nucleares y radiactivas, desmantelamientos de instalaciones, industrias productoras de materiales NORM y en general cualquier tipo de origen y en cualquier tipo de matriz - El material radiactivo consiste en emisores alfa y beta con actividad limitada por unidad de masa	Se trata de una instalación radiactiva peculiar, donde el material radiactivo presente en la misma proviene exclusivamente de otra instalación para proceder a su análisis isotópico La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
113	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: REYDESA RECYCLING, SL</p> <p>Localidad: LEGUTIO (Araba/Álava).</p> <p>IRA-3443</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/PM-1/IRA-3443/19</p> <p>Fecha Solicitud: 07-06-2019</p>	<p>Autorización de Funcionamiento de una instalación de 3ª categoría para análisis instrumental consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipo portátil de espectrometría por fluorescencia de rayos X, marca NITON, modelo XL3t 	<p>El equipo es un espectrómetro por fluorescencia de rayos X y se utilizará para analizar materiales.</p> <p>La especificación 10ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha.</p> <p>Evaluada por Gobierno Vasco.</p>
114	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SERVICIO VASCO DE SALUD. ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA BILBAO-BASURTO</p> <p>Localidad: BILBAO</p> <p>IRA-0198 B</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PM/IIEV/MO-23/IRA-0198 B/19</p> <p>Fecha Solicitud: 03-04-2019</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustitución de una gammacámara SPECT por una Gammacámara SPECT-CT, marca Siemens, modelo Symbia Intevo Bold, de 130 kVp y 345 mAs 	<p>La instalación radiactiva del Hospital de Basurto es una instalación unificada y consta de Radioterapia, Medicina Nuclear e irradiación de sangre y hemoderivados.</p> <p>Evaluada por el Gobierno Vasco</p>