

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
167	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE  Localidad: GIJÓN (Asturias)  IRA-2782  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2782/2019  Fechas Solicitudes: 21-03-2019	Autorización parcial de modificación por:  - Baja de un acelerador lineal de electrones de la firma Varian, modelo Clinac 2100 CD.  - Alta de un acelerador lineal Varian TrueBeam, con posibilidad de trabajar sin filtro aplanadoR.  - El nuevo acelerador incorpora un sistema de imagen OBI por rayos X.	El nuevo acelerador ocupará el búnker del que se da de baja, el cual será desmantelado por la propia Varian.  La evaluación ha cursado dos peticiones de información adicional relativas al cálculo de blindajes del nuevo acelerador.  La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.