

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
171	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA Localidad: GIRONA IRA-0757 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-13/IRA-0757/2019 Fecha Solicitud: 27-12-2018	Autorización de modificación para: - Dar de baja un acelerador lineal de la firma Varian, modelo Clinac 2100 C/D - Dar de alta un acelerador lineal de la firma Varian, modelo TrueBeam. - Dar de alta un sistema de imagen de RX, acoplado al nuevo acelerador lineal.	El nuevo acelerador ocupará el búnker del que se da de baja. La evaluación ha cursado varias peticiones de información adicional relativas al cálculo de blindajes del nuevo acelerador. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. Evaluado por SCAR de Cataluña.