

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
174	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN Localidad: CASTELLÓN IRA-1116 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-15/IRA-1116/2019 Fecha Solicitud: 19-07-2019	Autorización de modificación para: - Dar de baja un acelerador lineal de la firma ELEKTA, modelo PRECISE. - Dar de alta un acelerador lineal de la firma ELEKTA, modelo VERSA HD, suministrado por ELEKTA ONCOLOGY SYSTEMS. El nuevo acelerador lleva incorporado un equipo de imagen por rayos X.	El nuevo acelerador ocupará el búnker del que se da de baja. La Especificación 8ª permite que siga en la instalación el acelerador ELEKTA, modelo PRECISE, hasta que se conceda la puesta en marcha del nuevo. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.