

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
191	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Localidad: GRANADA IRA-0922 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-0922/2019 Fecha Solicitud: 4-04-2019	Autorización de modificación para: - Retirar un acelerador lineal de electrones de la firma Varian modelo Clinac 2100 - Instalar un nuevo acelerador lineal firma Elekta modelo VERSA HD. Este acelerador lleva incorporado un sistema de imagen para IGRT con tubo de rayos X	El nuevo acelerador se ubicará en el búnker que ocupaba el que se retira y es el segundo acelerador con que cuenta el Hospital. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.