

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciséis de enero de dos mil trece en la clínica sita en la calle [REDACTED], de Gijón (Asturias), cuyo titular es [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (CLÍNICA DE VEGA), N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] [REDACTED], quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en agosto de 1998 (IR-432).-----

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada y está señalizada y provista de acceso controlado.-----




SN
**CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**

Se encuentran instalados dos equipos [redacted] números de serie 9562 y 20064; y un equipo [redacted] (8953).--

Dispone de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X; de un delantal plomado con protector tiroideo, así como de Programa de Protección Radiológica.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad del equipo de rayos X por la empresa [redacted] en noviembre de 2012.-----

DESVIACIONES

No se ha inscrito el cambio de titularidad. El ortopantomógrafo [redacted] no se ha registrado. No se realiza vigilancia dosimétrica.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veintiuno de enero de dos mil trece.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [redacted] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Gijón: 01 de febrero de 2013.
- *Se presenta la siguiente documentación al escrito:*

(a) El ortopantomógrafo [redacted] se ha metido la documentación en Industria para alta del equipo. Se adjunta la hoja de presentación de documentación en Industria.

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-AST/AIN/01/RX/0-1351/13** de fecha 21 de enero de 2013, correspondiente a la inspección realizada en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] de Gijón, Asturias,

el titular de la instalación realiza comentarios.

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 7 de febrero de 2013

Fdo. [REDACTED]