

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de diciembre de dos mil catorce en la calle [REDACTED] Oviedo (Asturias), donde figura inscrita una clínica cuyo titular es [REDACTED], N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED], quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en agosto de 1998 (IR-343).-----

La instalación, de tercera categoría está provista de acceso controlado.-----


Disponen un delantal plomado y una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X.-----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**DESVIACIONES**

La instalación no está señalizada. En lugar del equipo registrado se encuentra instalado un equipo [REDACTED] número de serie 27110234. No disponen de programa de protección radiológica. No disponen de revisiones del equipo y no se realiza vigilancia dosimétrica.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



OdontoEstomatología

ADMÓN. PRINCIPADO DE ASTURIAS
Reg. Entrada N°. 2015010710000405
09/01/2015 08:45:36

Oviedo, 22 de diciembre de 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA
Plaza España, 1-4º
33007 OVIEDO

Muy Sr (es) mío(s):

En relación al acta realizada por el Sr. [redacted] comentar que es correcta.

He pensado siempre que el mantenimiento de la instalación radiológica estaba a cargo de la empresa [redacted] como sucede en otra consulta nuestra sita en Villaviciosa.

Al no ser así, me he puesto de inmediato con la citada empresa para poner al día todos los requisitos legales necesarios para el uso de la instalación radiológica.

Ruego me disculpen este error y a lo largo del mes de Enero espero tener todo solucionado.

Saludos cordiales,

[redacted signature block]

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-AST/AIN/01/RX/0-1269/14** de fecha 15 de diciembre de 2014, correspondiente a la inspección realizada en la clínica sita en la calle [REDACTED] de Oviedo, Asturias,

el titular de la instalación realiza comentarios.

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 12 de enero de 2015

[REDACTED]
[REDACTED]