

INSTALACIONES RADIATIVAS

| Nº | INFORME | SOLICITANTE O TITULAR | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|----|------------------------------|---|---|---|
| 33 | AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN | <p>Nombre: HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA</p> <p>Localidad: VALENCIA</p> <p>IRA-0750</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-0750/2020</p> <p>Fecha Solicitud: 31-10-2019</p> | <p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalar dos nuevos aceleradores lineales de electrones de la marca ELEKTA, modelo VERSA HD. Ambos aceleradores integran un sistema de rayos X para imagen. - Uno de los aceleradores sustituye a uno anterior de Elekta, modelo Precise, que se da de baja. | <p>Estos equipos pertenecen al Servicio de radioterapia del Hospital Clínico de Valencia.</p> <p>Uno de los aceleradores ocupará el búnker que deja vacante el acelerador sustituido, Elekta, modelo Precise. El titular ha remitido el informe de desmantelamiento de este acelerador, llevado a cabo por la empresa autorizada Omega en septiembre 2019.</p> <p>El otro acelerador se instalará en la antigua sala de tratamiento de cobaltoterapia ahora vacía. Esta sala se ha acondicionado para albergar el nuevo acelerador.</p> <p>De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p> |