

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
40	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMON JIMENEZ  Localidad: HUELVA  IRA-2126  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-2126/2020  Fecha Solicitud: 7-03-2019	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dar de baja un acelerador lineal SIEMENS Primus.</li><li>- Instalar un acelerador lineal de electrones, marca ELEKTA, modelo VERSA HD, que dispone de un sistema de imagen con tubo de rayos X.</li></ul>	El titular tiene autorizados dos aceleradores lineales para radioterapia, uno de los cuales es el que se sustituye ahora.  El nuevo acelerador ELEKTA ocupará el búnker desalojado por el SIEMENS que se retira.
41	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA "GÓMEZ ULLA"  Localidad: MADRID  IRA-1147 B  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/IRA-1147 B/2020  Fecha Solicitud: 14-11-2019	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dar de baja un acelerador lineal VARIAN CLINAC 2100 CD.</li><li>- Instalar un acelerador lineal de electrones, marca ELEKTA, modelo VERSA HD, que lleva incorporado un sistema de imagen de RX.</li></ul>	El titular tiene autorizados dos aceleradores lineales para radioterapia, uno de los cuales es el que se sustituye ahora.  El nuevo acelerador ELEKTA ocupará el búnker desalojado por el VARIAN que se retira.