Trámite Normal
13/05/2020

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
58	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: COMPLEJO HOSPITALARIO DE CARTAGENA Localidad: CARTAGENA (Murcia) IRA-3059 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/ IRA-3059/2020 Fecha Solicitud: 18-10-2019	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: - Incorporar un nuevo acelerador lineal de electrones, marca Varian, modelo Truebeam, que va provisto de Sistema de Imagen Guiada, Cone Beam CT con equipo generador de rayos X. - Incorporación de una sala de tratamiento situada en el Hospital Santa María del Rosell, que alojará este nuevo acelerador.	El Complejo Hospitalario de Cartagena (Hospital Santa Lucia y Hospital Santa Maria del Rosell), perteneciente al Servicio Murciano de Salud (SMS), tiene autorizados y en funcionamiento otros dos aceleradores instalados en el Hospital General Universitario Santa Lucía. El nuevo acelerador ocupará un búnker construido ad hoc en el Hospital Universitario Santa María del Rosell, también de Cartagena y perteneciente al mismo titular, pero que ocupa un edificio independiente. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
59	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL Localidad: CIUDAD REAL IRA-2749 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-2749/2020 Fecha Solicitud: 6-02-2020	Autorización de modificación para: - Sustitución de un acelerador lineal Varían Clinac 2100 D, por un nuevo acelerador modelo Varían TrueBeam	El hospital tiene autorizados y en funcionamiento dos aceleradores para radioterapia y ahora sustituye uno de ellos. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.