Trámite Simplificado

10/06/2020

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
71	CLAUSURA DE OFICIO	Nombre: INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, SA Localidad: ZAMORA IRA-1493 Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL/OFICIO/IRA-1493/20 FECHA DE SOLICITUD: N/A	Declaración de clausura de oficio	La Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León concedió el 31-10-2007 la autorización vigente de la IRA, con once equipos radiactivos. Según BOE de fecha 12-06-2018, la empresa se ha disuelto y se ha designada administración concursal a Lener Administradores Concursales Durante los últimos años el CSN ha llevado a cabo varias inspecciones, con el fin de comprobar la situación de los equipos radiactivos y el mantenimiento de la seguridad y protección radiológica en la instalación. Finalmente se ha comprobado que todos los equipos radiactivos han sido transferidos a una instalación radiactiva autorizada. Por ello, se propone la Clausura de oficio (sin solicitud del titular).
72	CLAUSURA DE OFICIO	Nombre: INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, SA Localidad: SEGOVIA IRA-2270 Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL/OFICIO/IRA/2270/20 FECHA DE SOLICITUD: N/A	Declaración de clausura de oficio	La Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León concedió el 4-04-2001 la autorización vigente de la IRA, con cinco equipos como los de la IRA-1493, del mismo titular. Según BOE de fecha 12-06-2018, la empresa se ha disuelto y se ha designada administración concursal a Lener Administradores Concursales Durante los últimos años el CSN ha llevado a cabo varias inspecciones, con el fin de comprobar la situación de los equipos radiactivos y el mantenimiento de la seguridad y protección radiológica en la instalación. Finalmente se ha comprobado que todos los equipos radiactivos han sido transferidos a una instalación radiactiva autorizada. Por ello, se propone la Clausura de oficio (sin solicitud del titular).

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
73	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SGS TECNOS, SA Localidad: MADRID IRA-1681 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-1681/2020 Fecha Solicitud: 19-02-2020	Autorización de modificación para: - Abrir una nueva delegación en Málaga - Cambio de emplazamiento de las delegaciones de Guadalajara y Granada,	Esta IRA dedica los equipos radiactivos a la medida de densidad y humedad de suelos. Hay otras IRAs del mismo titular que se dedican a otras actividades. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento en los nuevos emplazamientos hasta que disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuadas las respectivas visitas de inspección.
74	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: DIASOURCE IBERIA SLU Localidad: ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) IRA-3450 Referencia informe técnico: CSN/IIEV/PM-1/IRA-3450/20 Fecha Solicitud: 25-07-2019	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de: - Material radiactivo no encapsulado.	Se autoriza al titular a comercializar kits de radioinmunoensayo. De acuerdo con la Condición 10, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada visita de inspección. Evaluado por SCAR de Cataluña.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
75	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN, SA (TECOSA) Localidad: TRES CANTOS (Madrid) OAR-0005 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-21/OAR-0005/20 Fecha Solicitud: 7-05-2020	Solicita modificación de la autorización de comercialización y asistencia técnica para: - Subcontratar con terceros las labores de mantenimiento y asistencia técnica a las que TECOSA está autorizada: **se deniega la solicitud**	La autorización a prestar este servicio está basada en el cumplimiento por parte de TECOSA de los requisitos establecidos en el Art. 74 del RINR y en la Instrucción del CSN IS-40 *sobre documentación que debe aportarse en apoyo a la solicitud de autorización para la comercialización o asistencia técnica de aparatos, equipos y accesorios que incorporen material radiactivo o sean generadores de radiaciones ionizantes*. TECOSA es el representante en España del fabricante Smiths Heimann GmbH, y dispone de autorización para comercializar y prestar asistencia técnica a equipos de esa marca. En el caso de esas labores fueran subcontratadas a otra entidad, inicialmente Alliance (si bien consta en la solicitud que en el futuro podrían ser otras empresas), aunque el personal de esas empresas disponga de formación para efectuar los trabajos, tanto técnica como de protección radiológica, la responsabilidad de los mismos recaería sobre esa empresa subcontratada, Alliance u otra, y esto no es admisible por nuestra reglamentación. En consecuencia, **se deniega la solicitud.**

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
76	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: ELECMED MEDICAL SYSTEM, SL Localidad: SAN MARTÍN DE LA VEGA (Madrid) ERX/M-0126 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-02/ERX/M-0126/20 Fecha Solicitud: 23/06/2017	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. - Realizará actividades de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico y veterinario de la firma IBIS SR	Se presenta documentación acreditativa del acuerdo de distribución entre ELECMED MEDICAL SYSTEM, SL y la empresa fabricante de los equipos para los que se concede autorización de venta (IBIS SRL). Se presenta documentación de la empresa fabricante de los equipos IBIS SRL certificando que el personal técnico de ELECMED MEDICAL SYSTEM, SL está capacitado para la instalación y asistencia técnica de sus equipos y que cuenta con el apoyo documental y técnico para desarrollar dicha actividad.