Trámite Normal
09/09/2020

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
111	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL (UNIPERSONAL) Localidad: BARCELONA IRA-0029 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-11/IRA-0029/2020 Fecha Solicitud: 20-01-2020	Autorización de modificación por: - Baja de un acelerador lineal de electrones, marca Varian, modelo Clinac 2100C/D, - Alta de un acelerador lineal de electrones, marca Varian, modelo TrueBeam que lleva incorporado un sistema de imagen CBCT por rayos X	La instalación ya dispone de otro acelerador lineal. De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección. Evaluada por SCAR de Cataluña.