

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
08	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ENVISUELOS, SL. Localidad: BURGUILLOS (Sevilla) IRA-3482 Referencia informe técnico: CSN/PM-1/IEV/IRA-3482/2021 Fecha Solicitud: 11-12-2020	Autorización de Funcionamiento de la instalación radiactiva consistente en: <ul style="list-style-type: none">- Espectrómetro de fluorescencia de rayos x de la firma OLYMPUS	La instalación es industrial y está dedicada a Análisis Instrumental. La instalación radiactiva es de tercera categoría. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección preceptiva previa a la Notificación de Puesta en Marcha.