

Trámite Normal

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
24	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA  Localidad: DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa)  IRA-0277  Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-24/IRA-0277/21  Fecha Solicitud: 12-11-2020	Autorización de modificación de la instalación radiactiva por:  - Incorporar un acelerador lineal de electrones, marca Varian, modelo TrueBeam STx, que dispone de un sistema de imagen guiada marca Varian, modelo KV Imager GS-1542.  - Dar de baja el acelerador lineal de electrones, marca Varian, modelo 2100CD.	La instalación radiactiva de la Fundación se dedica a radioterapia y medicina nuclear.  Se sustituye un acelerador por otro más moderno que ocupará el búnker del anterior.  La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la modificación solicitada esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación.  Evaluada por el Gobierno Vasco.