Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
76	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: AB SALUD TECNOLOGIA MEDICA, SL Localidad: POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) IRA-3498 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3498/21 Fecha Solicitud: 5-05-2021	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que se dedicará a la comercialización y asistencia técnica de: - Sistemas de tratamiento basados en la plataforma Cyberknife, fabricados por la firma Accuray Incorporated, constituidos por un acelerador lineal compacto emisor de fotones localizado en un brazo robótico y un sistema guía por imagen compuesto por dos generadores de rayos X.	El equipo será utilizado para hacer radiocirugía estereotáctica y radioterapia de precisión. La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.
77	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: SERVICONTROL 2000, SL Localidad: ABANTO-ZIERBENA (Bizkaia) IRA-3502 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/PM-1/IRA-3502/21 Fecha Solicitud: 16-06-2021	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de: - Dos espectrómetros portátiles por fluorescencia de rayos X marca Thermo Scientific Niton.	El equipo será utilizado para análisis de materiales en el proceso de clasificación de residuos metálicos para su procesado. La especificación 10ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. Evaluado por Gobierno Vasco.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
78	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SGS TECNOS, SA Localidad: MADRID IRA-1681 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-1681/21 Fecha Solicitud: 18-03-2021	Autorización de modificación para: - Abrir una delegación en Almería.	La instalación dispone de autorización para poseer nueve equipos dedicados a la medida de densidad y humedad de suelos y ya tiene otras cuatro delegaciones autorizadas. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la delegación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
79	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: VITROCISET, SPA SUCURSAL EN ESPAÑA Localidad: MADRID OAR-0157 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0157/21 Fecha Solicitud: 17-02-2021	Autorización para comercialización y asistencia técnica de: - Limitadores/Atenuadores de la marca CPI, modelo VDC-2048T provistos de una fuente radiactiva encapsulada.	El equipo actúa como atenuador o limitador de radiofrecuencias en radares y utiliza tritio en una cantidad exenta. Actúa como un diodo aplicado a radiofrecuencias que permite el paso de microondas en una dirección y la bloquea en dirección contraria. Vitrociset pertenece al grupo Leonardo Company que es una compañía global del sector aeroespacial, defensa y seguridad. Esta compañía dispone de filiales en España y Francia y Vitrociset, SPA Sucursal en España actuará como representante en territorio español para todas las gestiones de importación, venta y asistencia técnica.
80	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: SEQUOPRO, SL Localidad: TRES CANTOS (Madrid) OAR-0152 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0152/21 Fecha Solicitud: 10-11-2020	Autorización para comercialización y asistencia técnica de: - Equipos generadores de rayos X de la marca COOPER ENVIRONMENTAL SERVI-CES, incluidos en la aprobación de tipo de referencia NHM-X366 (HM-0405)	Los equipos son analizadores de metales en aire ambiente con tecnología de Rayos-X y se basan en un muestreo de cinta de filtro y seguido de un análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) no destructivo de metales en el depósito de materia particulada (PM) resultante.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
81	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: COMERCIAL DE TECNOLOGIAS ELECTRONICAS, SA (COTELSA) Localidad: COSLADA (Madrid) OAR-0007 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/OAR-0007/21 Fecha Solicitud: 10-06-2021	Modificación de la autorización para añadir la comercialización y asistencia técnica de: - Equipos de rayos X, marca Gilardoni, con aprobación de tipo de aparato radiactivo de referencias NHM-X166, NHM-X173, NHM-X207 y NHM-X234 respectivamente.	Estos equipos se utilizan en inspección de bultos.
82	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: MASONEILAN, SLU Localidad: MADRID OAR-0063 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-11/OAR-0063/21 Fecha Solicitud: 10-06-2021	Modificación de la autorización para: - Cambiar la denominación de los equipos incluidos en su autorización de la marca GE Sensing & Inspection Technologies (Phoenix X-Ray), a Baker Hughes Digital Solutions GmbH - Añadir la comercialización y asistencia técnica de un equipo marca Baker Hughes Digital Solutions GmbH, incluido en la aprobación de tipo NHM-X334 (HM/0370.	