

## INSTALACIONES RADIATIVAS

| Nº | INFORME                        | SOLICITANTE O TITULAR  | DESCRIPCIÓN   | OBSERVACIONES  |
|----|--------------------------------|--|---|--|
| 84 | AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN   | Nombre: TARGET TECNOLOGÍA, SA<br>Localidad: ALCOBENDAS (Madrid)<br>IRA-2694<br>Referencia informe técnico:<br>CSN/IEV/MO-7/IRA-2694/21<br>Fecha Solicitud: 4-06-2021 | Autorización de modificación para:<br><br>- Incluir la venta y asistencia técnica de equipos de rayos X fabricados por SAFE AGLE incluidos en la aprobación de tipo como aparato radiactivo de referencia NHM-X371 (HM-0410). | Los equipos se utilizan para inspección de bultos por rayos X, tal como pequeña y mediana paquetería y equipajes de mano.<br><br>TARGET TECNOLOGÍA ha firmado un acuerdo con SAFE EAGLE para la distribución y asistencia técnica de sus equipos en España. SAFE EAGLE ha acreditado la formación de trabajadores de TARGET TECNOLOGÍA para la asistencia técnica de sus equipos.              |
| 85 | AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | Nombre: HOSPITAL LA MILAGROSA SA<br>Localidad: MADRID<br>IRA-3492<br>Referencia informe técnico:<br>CSN/IEV/PM/IRA-3492/2021<br>Fecha Solicitud: 8-03-2021           | Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:<br><br>- Radioisótopos no encapsulados de medicina nuclear.  | El material radiactivo será utilizado para estudios diagnósticos mediante tomografía por emisión de fotón único (SPECT) y para tratamientos en régimen ambulatorio.<br><br>La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. |

## OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

| Nº | INFORME                        | SOLICITANTE O TITULAR   | DESCRIPCIÓN   | OBSERVACIONES   |
|----|--------------------------------|---|---|---|
| 86 | AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | <p>Nombre: AUTOMATISMOS, CONTROL Y MONTAJE VALENCIA, SL (ACMV)</p> <p>Localidad: VALENCIA</p> <p>OAR-0156</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0156/21</p> <p>Fecha Solicitud: 16-02-2021</p> | <p>Autorización para comercialización y asistencia técnica de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipos de rayos X de la firma PRISMA INDUSTRIALE, Srl</li> </ul> | <p>Los equipos se utilizarán para la inspección y control de productos envasados en la industria alimentaria.</p> <p>ACMV, SL tiene acuerdo de distribución y asistencia en España a los equipos de rayos X fabricados por PRISMA INDUSTRIALE, Srl.</p> |

## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

| Nº | INFORME                     | SOLICITANTE O TITULAR  | DESCRIPCIÓN  | OBSERVACIONES   |
|----|-----------------------------|--|--|---|
| 87 | MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN | Nombre: OWANDY IBERIA, SLU<br>Localidad: MADRID<br>ERX/M-0111<br>Referencia informe técnico:<br>CSN/IEV/MO-02/ERX/M-0111/21<br>Fecha Solicitud: 16-09-2016 | Autorización de modificación de la inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:<br><br>- Modificación de la actividad para incluir la asistencia técnica a los equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de la firma OWANDY, cuya distribución ya tiene autorizada. | El titular, filial en España del fabricante, presenta Acuerdo y certificados de éste sobre la capacitación técnica para instalación y reparación con el fabricante. |