

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
113	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES.  Localidad: BARAKALDO (Bizkaia)  IRA-0492  Referencia informe técnico:  CSN-PV/IIEV/MO-20/IRA-0492/21  Fecha Solicitud: 15-07-2021	Autorización de Modificación por:  - Alta de un equipo SPECT-CT marca General Electric, modelo NM/CT 870 DR, que sustituye a otro del mismo fabricante.  - Remodelación de la dependencia que aloja el equipo de General Electric, modelo NM/CT 870 DR, la cual afecta a la disposición del blindaje de la misma, dentro del área de medicina nuclear.	La instalación radiactiva utiliza el material radiactivo para medicina nuclear en radiodiagnóstico y terapia.  Evaluada por Gobierno Vasco.