

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
114	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SGS TECNOS, SA Localidad: MADRID IRA-0089 A Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-61/IRA-0089 A/21 Fecha Solicitud: 2-08-2021 y 5/08/2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none"><li>- Comercialización, uso y asistencia técnica, de equipos de gammagrafía de la marca QSA Global-Sentinel, modelos Sentry 110 y Sentry 330.</li><li>- Comercialización, uso y asistencia técnica, de equipos de gammagrafía con fuente de la marca Oserix, modelos Exertus Light DU y Exertus Lught W.</li><li>- Traslado de la delegación de Valencia a unas nuevas dependencias en el mismo Parque Tecnológico.</li><li>- Incluir la actividad de escaneado de torres de refino utilizando fuentes radiactivas en colaboración con la empresa canadiense Canadian Tower Scanning, Inc. (TOWERSCAN).</li><li>- Revisión del Plan de Protección Física para incluir estos cambios.</li></ul>	La instalación utiliza equipos radiactivos para radiografía y gammagrafía industrial y para análisis instrumental, además de comercializar y prestar asistencia técnica a equipos de este tipo.  De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento en la nueva delegación de Valencia hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
115	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: F&M CONTROL, SL Localidad: VITORIA-GASTEIZ IRA-2493 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEV/MO-5/IRA-2493/21 Fecha Solicitud: 03-03-2021	Autorización de Modificación parcial por: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cambio de emplazamiento, desde una nave a otra dentro de Vitoria-Gasteiz</li></ul>	La instalación se dedica al montaje (fabricación), pruebas para el control de calidad, venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico.  De acuerdo con la especificación 11ª, no podrá iniciarse el funcionamiento en la nueva ubicación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
116	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-0222</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/PPF/IRA-0222/21</p> <p>Fecha Solicitud: 5/08/2021</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar el Plan de Protección Física (PPF).</li> </ul>	<p>Las fuentes se utilizan con fines de investigación y docencia.</p> <p>El CSN ya informó favorablemente, en su reunión del 29/07/2019, la Rev. 1/2018 de este Plan, recibida en el CSN el 21/03/2018.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar, la nº 13, sobre modificaciones del PPF.</p>

## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
117	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ELEMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, SL</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>ERX/M-0026</p> <p>Referencia informe técnico:</p> <p>CSN/IEV/MO-01/ERX/M-0026/21</p> <p>Fecha Solicitud: 3-03-2021</p>	<p>Modificación de la Inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de titularidad, que pasa de ELECTROMEDICINA MADRID (ELEMA) a ELEMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, SL.</li> </ul>	<p>Se ha aprovechado la evaluación para actualizar la autorización, que data de 1995, y adaptarla a los requisitos vigentes como incluir las marcas a que se refiere la autorización</p> <p>En base a ello, especificación 2ª, fija la autorización para la venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de las firmas GE HEALTHCARE, PHILIPS, HOLOGIC, SIEMENS y SHIMADZU.</p>

## OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
118	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: WIPOTEC IBÉRICA, SLU</p> <p>Localidad: ALCOBENDAS (Madrid)</p> <p>OAR-0161</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0161/2021</p> <p>Fecha Solicitud: 14-04-2021</p>	<p>Autorización para comercialización y asistencia técnica de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipos generadores de rayos X con aprobación de tipo de aparato radiactivo de referencia NHM-X318 (HM-0351)</li> </ul>	<p>Estos equipos se utilizan en la industria alimentaria para la inspección de alimentos envasados con el fin de detectar y discriminar productos contaminantes.</p> <p>Wipotec Ibérica es una sociedad mercantil cuyo capital está suscrito en un 100% por Wipotec GmbH, fabricante de los equipos correspondiente a la aprobación de tipo de referencia NHM-X318.</p>
119	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, SA</p> <p>Localidad: PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)</p> <p>OAR-0091</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0091/21</p> <p>Fecha Solicitud: 13-04-2021</p>	<p>Modificación de la autorización para comercialización y asistencia técnica para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluir la comercialización y asistencia técnica de los equipos marca XOS, modelo SINDIE 6020 AXP, con aprobación de tipo NHM-X333 (HM-0368)</li> </ul>	<p>Estos equipos se utilizan para analizar contenido de azufre en productos petrolíferos, por fluorescencia de rayos X.</p> <p>Instrumentación Analítica, SA aporta escrito de autorización de distribución exclusiva por parte del fabricante XOS, donde se certifica que reconoce a Instrumentación Analítica, SA como distribuidor exclusivo y le autoriza a llevar a cabo en España y Portugal su instalación y calibración.</p>