

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
134	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA SA Localidad: ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) IRA- 2895 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-2895/2021 Fecha Solicitud: 19-04-2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Sustitución de un acelerador lineal Elekta Precise por un nuevo acelerador modelo Elekta Versa HD- El nuevo acelerador integra un sistema de imagen de rayos X, MOD XVI	El equipo se utiliza para radioterapia. El nuevo acelerador se instalará en el búnker que deja vacío el anterior. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.