

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
144	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Localidad: MADRID IRA-0172 B Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-18/IRA-0172 B/2021 Fecha Solicitud: 28-06-2021	Autorización de modificación para añadir: - Un acelerador lineal de electrones VARIAN, modelo Halcyon, que incorpora un sistema de imagen Cone Beam CT por rayos X	<p>El equipo se utiliza para radioterapia.</p> <p>El Hospital ya cuenta con otros cuatro aceleradores y, de hecho, uno de ellos es idéntico al que se instala ahora.</p> <p>El nuevo acelerador se ubicará en el búnker que ocupaba un equipo de braquiterapia de alta tasa, cuyo blindaje se ha revaluado para el nuevo uso de la sala, que ha resultado aceptable.</p> <p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>