

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
139	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN Localidad: MADRID IRA-1689 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-1689/21 Fecha Solicitud: 9-06-2021	Autorización de modificación para: - Cambio de emplazamiento del almacén de residuos radiactivos del Hospital de su ubicación actual, en una nave del Pabellón Administrativo del Hospital, a su nueva ubicación en otro Pabellón dicho Hospital	El Almacén se dedica a la gestión de los residuos radiactivos de baja actividad producidos en las instalaciones radiactivas del Hospital.
140	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SEDECAL MOLECULAR IMAGING, SL UNIPERSONAL Localidad: ALGETE (Madrid) IRA-2644 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-13/IRA-2644/2021 Fecha Solicitud: 9-06-2021	Autorización de modificación para: - Incluir la comercialización y asistencia técnica de los equipos que fabrica SEDECAL de los modelos SuperArgus CT-PET_r, SuperArgus PET-CT_3r y SuperArgus PET-CT_4r - Añadir dos nuevos recintos blindados en su instalación radiactiva donde efectuar calibración de detectores con fuentes encapsuladas y otras pruebas	La IRA se dedica a la comercialización y asistencia técnica de equipos radiactivos y a hacer pruebas de equipos que ella misma fabrica bajo otra autorización.

AUTORIZACION PARA FABRICACIÓN DE APARATOS, EQUIPOS O ACCESORIOS RADIATIVOS O GENERADOES

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
141	MODIFICACIÓN AUTORIZACIÓN DE FABRICACIÓN	Nombre: SEDECAL MOLECULAR IMAGING, SL UNIPERSONAL Localidad: ALGETE (Madrid) FER/0017 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/FER-0017/2021 Fecha Solicitud: 9/06/2021	Autorización de modificación para: - Incluir la fabricación de los equipos generadores de rayos X, modelos SuperArgus CT-PET_r, SuperArgus PET-CT_3r y SuperArgus PET-CT_4r	Los aparatos radiactivos objeto de este informe se utilizan en la investigación con animales.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
142	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: OSERVIS VETERINARIA SL Localidad: TERRASSA (Barcelona) ERX/B-0094 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0094/21 Fecha Solicitud: 3-03-2020	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para: - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico veterinario de la firma SEDECAL.	Esta evaluación ha conllevado la emisión de PIAs el 30/10/2020 y 25/05/2021.
143	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: PROYECTOS BUCOCLINICS SL Localidad: CÓRDOBA ERX/CO-0011 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/CO-0011/21 Fecha Solicitud: 13-04-2020	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para: - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de las firmas ACTEON y VATECH,	Esta evaluación ha conllevado la emisión de PIAs el 28/10/2020, 11/05/2021 y 16/09/2021.