

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
148	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA "VIRGEN DE LA PEÑA" Localidad: PUERTO DEL ROSARIO (Fuerteventura) IRA-3504 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3504/2021 Fecha Solicitud: 3-08-2021	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Un acelerador lineal de electrones marca Varian Medical Systems, modelo True Beam.- Sistema de imagen de rayos X asociado al acelerador.	El equipo se utilizará para radioterapia. El equipo se alojará en un búnker de nueva construcción al que se le han verificado los blindajes, así como las condiciones de operación. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.
149	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA Localidad: VALENCIA IRA-0358 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-13/IRA-0358/2021 Fecha Solicitud: 23-09-2021	Autorización de modificación para la sustitución de dos aceleradores lineales por dos nuevos: <ul style="list-style-type: none">- Uno de la marca Varian, modelo TrueBeam provisto de un sistema de imagen guiada por rayos X.- Otro también marca Varian, modelo Halcyon 2.0, con sistema de imagen Varian por rayos X.	Los equipos se utilizarán para radioterapia. Ambos aceleradores sustituirán a otros de la marca Siemens y se alojarán en los búnkeres que estos dejen vacantes. El estudio de blindajes ha demostrado que no se necesitan refuerzos ni modificaciones. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.