

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
156	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL MADRID NORTE SANCHINARRO Localidad: MADRID IRA-2845 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2845/2021 Fecha Solicitud: 8-09-2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- La sustitución de un acelerador de la marca Siemens por un acelerador Varian modelo TrueBeam Edge, provisto de un sistema de imagen guiada por rayos X- Inclusión de un equipo de posicionamiento por rayos X Exactrac Dynamic de la marca Brainlab.	Los equipos se utilizarán para radioterapia. El Hospital dispone de tres aceleradores, uno de ellos el que se sustituye ahora. El nuevo acelerador se alojará en el búnker 2, que dejará vacante el Siemens. El estudio de blindajes ha demostrado que no se necesitan refuerzos ni modificaciones del búnker. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.