

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
157	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA SL Localidad: TARRAGONA IRA-2368 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-4/IRA-2368/21 Fecha Solicitud: 12-07-2021 y 12-11-2021	Autorización de modificación por: <ul style="list-style-type: none">- Baja de 8 equipos de la firma Berthold- Alta de 8 equipos de la firma Vega que contienen fuentes radiactivas encapsuladas- Cambio de titular por transformación de la sociedad de SA a SL- Aprobación del Plan de Protección Física	Las fuentes se utilizan para el control de procesos. El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya ha emitido ya un informe favorable para la aprobación del PPF. Evaluado por SCAR de Cataluña.
158	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ASESORAMIENTO TECNICO Y LABORATORIOS DE CONTROL, SL Localidad: MAIRENA DE ALJARAFE (Sevilla) IRA-3374 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3374/21 Fecha Solicitud: 24-11-2021	Autorización de modificación por: <ul style="list-style-type: none">- Cambio de emplazamiento de Tomares a Mairena de Aljarafe, ambas localidades en la provincia de Sevilla.	Los equipos radiactivos se utilizan para medida de densidad y humedad de suelos. De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento en el nuevo emplazamiento hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
159	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA</p> <p>Localidad: CÓRDOBA</p> <p>IRA-3497</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3497/2021</p> <p>Fecha Solicitud: 17-02-2021</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipo micro CT de la marca Bruker, modelo Skyscan 1176. - Diversos radioisótopos necesarios para su funcionamiento. 	<p>Los equipos radiactivos se utilizan con fines de investigación biomédica, en el campo de aplicación de la Medicina Nuclear, siendo las cuatro fuentes para calibración y verificación.</p> <p>De acuerdo con la especificación 13ª, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>
160	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: EUROCONTROL, SA</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-0162</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-17/IRA-0162/2021</p> <p>Fecha Solicitud: 27-07, 30-11, 9-12 y 10-12-2021</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporar 5 recintos blindados para almacenamiento de equipos radiactivos en las delegaciones de Castellón, Puertollano (Ciudad Real), Zaragoza en la Plataforma Logística de Zaragoza, Algeciras (Cádiz) y Pontevedra - Modificar el recinto blindado ubicado en la empresa La Pesa en Zaragoza - Dar de baja los recintos autorizado en Campamento San Roque (Cádiz) y Vigo (Pontevedra) - Ampliar el nº de equipos analizadores por fluorescencia de rayos X con un equipo adicional - Reducir la actividad máxima global para los equipos de gammagrafía - Modificación del recinto de almacenamiento en las dependencias de LA PESA, en Zaragoza 	<p>Los equipos radiactivos se utilizan para radiografía, gammagrafía industrial y análisis instrumental.</p> <p>De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento de los nuevos recintos blindados hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada la correspondiente visita de inspección.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
161	AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN	<p>Nombre: CATALANA DENTAL SA Localidad: SANT JUST DESVERN (Barcelona)</p> <p>ERX/B-0023</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-02/ERX/B-0023/21</p> <p>Fecha Solicitud: 11-10-2021</p>	<p>Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico de la firma ACTEON. 	<p>El servicio de instalación y asistencia de los equipos que comercialice el titular será prestado por la entidad autorizada ACTEON MÉDICO DENTAL IBÉRICA SA (ERX/B-0007).</p> <p>Se da la circunstancia de que este titular ya dispuso de ERX autorizada, pero fue clausurada a su solicitud en 2010.</p>
162	AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN	<p>Nombre: MG DISTRIBUCIONES CLÍNICAS Y MÉDICAS SL Localidad: BARCELONA</p> <p>ERX/B-0091</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0091/21</p> <p>Fecha Solicitud: 9-08-2016 y 12-11-2021</p>	<p>Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de la firma NEW LIFE RADIOLOGY 	<p>La proceso de evaluación ha conllevado un número de PIAs y un replanteamiento de la solicitud original, lo que ha alargado la resolución del expediente extraordinariamente.</p> <p>El servicio de instalación y asistencia de los equipos que comercialice el titular será prestado por la entidad autorizada TECNIC BCN SL (ERX/B-0009).</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
163	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HENRY SCHEIN ESPAÑA, SA</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>ERX/M-0087</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-03/ERX/M-0087/21</p> <p>Fecha Solicitud: 18-12-2020 y 23-09-2021</p>	<p>Modificación de la inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de titularidad de HENRY SCHEIN ESPAÑA, SA a HENRY SCHEIN ESPAÑA, SL - Establecer el ámbito de la autorización en la venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental en las firmas ACTEON, CARESTREAM DENTAL, DENTSPLY SIRONA, DÜRR DENTAL y MYRAY 	<p>La autorización vigente, concedida inicialmente en 2001, no especificaba los fabricantes autorizados, por lo que ahora, al actualizarla se ha aprovechado para citarlos expresamente en la autorización.</p> <p>El servicio de instalación y asistencia de los equipos que comercialice el titular será prestado por la entidad autorizada ACTEON MÉDICO DENTAL IBÉRICA SA (ERX/B-0007).</p>