

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
76	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: CENTRO DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS DE CÓRDOBA</p> <p>Localidad: CÓRDOBA</p> <p>IRA-2996</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/IRA-2996/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 2-10-2018, 12-09-2019</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF) 	<p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 y la ITC de 25/07/2018 del CSN.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.</p>
77	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: FRACZIONA RECYCLING, SL</p> <p>Localidad: LOBÓN (Badajoz)</p> <p>IRA-3520</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3520/22</p> <p>Fecha Solicitud: 14-02-22</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de tercera categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un equipo portátil (tipo pistola) de espectrometría de fluorescencia de rayos X de la marca Olympus 	<p>El equipo radiactivo es de análisis instrumental y será utilizado para efectuar análisis químico de metales por fluorescencia de rayos X.</p> <p>La especificación 12 requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la misma.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
78	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: APPLUS NORCONTROL, SLU</p> <p>Localidad: SADA (A Coruña)</p> <p>IRA-1108</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-29/IRA-1108/22</p> <p>Fecha Solicitud: 15-03-22</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrir una nueva delegación en Cádiz 	<p>La entidad tiene autorización para las actividades de radiografía y gammagrafía industrial, medida de densidad y humedad en suelos y análisis instrumental.</p> <p>La especificación 12 requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la misma.</p>
79	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: FERRALLES BATLLE SLU</p> <p>Localidad: FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)</p> <p>IRA-3142</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIIEV/MO-2/IRA-3142/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 10.02.2022</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado de la instalación radiactiva desde Granollers a las Franqueses del Vallès. 	<p>Instalación autorizada para la posesión y uso de equipos portátiles de rayos X para análisis instrumental (espectrometría por fluorescencia de rayos X).</p> <p>Se autoriza el anterior emplazamiento hasta la Notificación de Puesta en Marcha del nuevo emplazamiento.</p> <p>La especificación 11 requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la misma.</p> <p>Evaluación realizada por el SCAR de Cataluña.</p>
80	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: SANTANDER COATED SOLUTIONS, SL</p> <p>Localidad: VILLADANGOS DEL PÁRAMO (León)</p> <p>IRA-3522</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3522/22</p> <p>Fecha Solicitud: 7-03-22</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de segunda categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos equipos de rayos X marca Thermo Fisher Scientific, modelo RM 210CM. - Dos equipos de la marca Thermo Fisher Scientific, modelo RM 200PL que alberga en su interior, cada uno de ellos, una fuente radiactiva encapsulada. 	<p>La instalación utilizará los equipos radiactivos para control de procesos, medida de espesor de láminas de acero.</p> <p>La especificación 12 requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la misma.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
81	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: FIXDENTAL CANARIAS SL Localidad: SANTA CRUZ DE TENERIFE ERX/TF-0041 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/TF-0041/22 Fecha Solicitud: 1310-2021	Autorización de inscripción en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico de una nueva empresa que se dedicará a: - La venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de las firmas ACTEON y VATECH	El titular ha aportado acuerdos de distribución y certificado de los fabricantes por el que le reconocen la solvencia técnica para la instalación y mantenimiento de sus equipos.