

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
113	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: OSAKIDETZA, OSI BILBAO-BASURTO Localidad: BILBAO IRA-0198 B Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-25/IRA-0198 B/22 Fecha Solicitud: 29-04-2022	Autorización de modificación de la instalación radiactiva por: <ul style="list-style-type: none">• ALTA: Acelerador lineal de electrones, marca Varian, modelo TrueBeam, que dispone de un sistema de imagen guiada marca Varian, modelo KV Imager gs-1542.• BAJA: Acelerador lineal de electrones, marca Siemens, modelo Artiste Mvision.	<p>El Hospital de Bilbao-Basurto es el más grande del País Vasco y tiene equipos de radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear.</p> <p>El acelerador de electrones a retirar (Siemens Artiste Mvision) ha sido ya desmontado por la empresa Metul, SL (IRA/3485), segregado el material activado y retirado de la instalación con destino a almacén de dicha empresa, mediante transporte en bulto exceptuado UN 2910, el cual se guardará en la instalación hasta su retirada por Enresa.</p> <p>La especificación 10ª requiere la comunicación al CSN, cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p> <p>Evaluado por encomienda del Gobierno Vasco.</p>