

Trámite Normal

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
139	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: FUNDACIÓN RIOJA SALUD Localidad: Logroño IRA-2808 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-2808/2022 Fecha Solicitud: 7-04-22	Autorización de modificación para:  - Sustitución del acelerador lineal de la marca VARIAN, modelo CLINAC 2100 C/D, por otro equipo de la marca ELEKTA, modelo VERSA.	La instalación radiactiva está autorizada a desarrollar en la instalación son posesión y uso de equipos generadores de radiación y fuentes encapsuladas con fines médicos, en el campo de aplicación de la Oncología Radioterápica con haces externos.  Esta modificación para la sustitución del acelerador ha sido realizada dentro del Plan INVEAT y se ha realizado la evaluación independiente por la UTPR ACPRO