TRÁMITE SIMPLIFICADO

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
140	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Fundació EURECAT Localidad: Manresa (Bages) IRA-3521 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA-3521/2022 Fecha Solicitud: 17-02-2022	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de: Un equipo acelerador de iones de la marca Plasma Technology Limited, modelo MEVVA-50, con unas características máximas de funcionamiento de 50 kV y 10 mA.	Instalación radiactiva destinada a la investigación con técnicas de implantación iónica en las superficies de ciertos materiales con el objetivo de modificar sus propiedades. El equipo es el primero que se comercializa en España. Ha sido fabricado por Plasma Technology Limited (Hong Kong). La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación. Informe evaluado por SCAR