

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CC.AA CON ENCOMIENDA FUNCIONES</b>				
166	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp Localidad: Reus (Baix Camp) IRA-3097 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-04/IRA-3097/2022 Fecha Solicitud: 21.07.2022	Autorización de modificación de la instalación radiactiva (IRA-3097), dentro del marco del Plan INVEAT sanitaria, de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"><li>- Alta de dos equipos aceleradores dotados con un sistema de imagen de RX,</li><li>- Alta de un equipo TC de simulación</li><li>- Baja de dos equipos aceleradores lineales junto con el sistema de imagen de RX</li><li>- Baja del equipo TC</li></ul>	La presente solicitud de modificación de autorización de una instalación de segunda categoría se encuadra dentro <b>del PLAN INVEAT</b> .  En la solicitud de modificación de la instalación también se solicita la sustitución del equipo de braquiterapia HDR autorizado en la IRA. <b>Esta parte no se evalúa</b> en esta propuesta de modificación de la autorización debido a que aún no han presentado el PPF actualizado, que afecta a la fuente de alta actividad asociada al equipo de braquiterapia HDR.  La condición 12 incluye necesidad de inspección de puesta en marcha previa a funcionamiento  Evaluada por <b>SCAR de Cataluña</b>