

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CCAA CON ENCOMIENDA DE FUNCIONES				
174	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Geoplanning Estudis Geotècnics, SL Localidad: Lleida IRA-1625 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-07/IRA-1625/2022 Fecha Solicitud: 01-07-2022	Autorización de Modificación para: - Abrir una nueva delegación con un recinto para albergar equipos de medida de densidad y humedad de suelos	Instalación industrial con equipos de medida de densidad y humedad de suelos En la condición 12 se requiere inspección previa a la notificación de funcionamiento de la nueva delegación. Evaluada por SCAR CATALUÑA
175	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU Localidad: Barcelona IRA-2898 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-07/IRA-2898/2022 Fecha Solicitud: 19-08-2022	Autorización de modificación para: - Sustituir un equipo PET/CT - Sustituir un equipo SPECT - Adquirir una fuente de Co-57 - Adquirir varias fuentes de Ge-68	Se autoriza la modificación parcialmente por sustitución de un equipo PET/CT por otro y de un equipo SPECT por un equipo SPECT/TC Queda pendiente la segunda fase del proyecto que corresponde a la remodelación de dependencias Evaluada por SCAR CATALUÑA

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
176	DECLARACION DE CLAUSURA	<p>Nombre: Radiaciones Médicas Terapéuticas</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-1221</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL-OFICIO/IRA-1221/22</p> <p>Fecha Solicitud: 31.03.2022</p>	Declaración de clausura de la instalación radiactiva Radiaciones Médicas Terapéuticas S.L. a solicitud de titular por situación de crisis económica	<p>La instalación está autorizada para la posesión y uso de material radiactivo en campo de medicina nuclear, y utilización de un equipo de rayos x de densitometría ósea.</p> <p>Con fecha 13.04.2022 se recibió certificado de retirada por parte de Proser Sistemas Médicos del equipo de rayos x de densitometría ósea</p> <p>Con fecha 5.05.2022 se realizó inspección del CSN en el emplazamiento de la instalación constatando que el inmueble había sido vendido y se encontraba en obras en el momento de la inspección, comprobándose la ausencia de material radiactivo, residuos y equipos generadores de radiación ionizante</p>
177	AUTORIZACION DE MODIFICACION	<p>Nombre: SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SAU</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-1262</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-68/IRA-1262/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 22.04.2022, 28.09.2022, 24.11.2022.</p>	<p>Solicitud de modificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de las condiciones de uso de un recinto en Huelva • Solicitud de almacenamiento de equipo en la instalación de Schmidt-Clemens Spain, SA • Ampliación del inventario de fuentes a almacenar en la sede de Madrid • Baja de la delegación de Algeciras • Baja de equipos radiactivos de uso en la instalación • Comercialización, asistencia técnica y uso de equipos de rayos X 	<p>La instalación está autorizada para actividades de radiografía y gammagrafía en recinto blindado y móvil, medida de densidad y humedad de suelos y análisis instrumental, comercialización y asistencia, uso de material radiactivo no encapsulado como trazador en plantas industriales, realización de pruebas de hermeticidad, verificación de detectores de radiación, uso de fuentes encapsuladas de neutrones para medidas de nivel en plantas industriales.</p> <p>La modificación no afecta al PPF informado favorablemente por el CSN solo se eliminan delegaciones de Algeciras y Huelva</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
178	AUTORIZACION DE MODIFICACION PARCIAL	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA</p> <p>Localidad: Sevilla</p> <p>IRA-0428</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV-1/MO-13/IRA-0428/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 04.08.2022</p>	<p>Solicitud de modificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remodelación de salas e instalación de un equipo hibrido SPECT/CT 	<p>Instalación perteneciente al Plan INVEAT</p> <p>El CSN solicitó información adicional a esta instalación con PIA 4.11.2022 para revisión de modificaciones que afectan a las dependencias de instalación en el Hospital Macarena- Cartuja. Estas dependencias y las actividades a realizar en ellas no son consideradas en este informe por eso solo se ha realizado una evaluación parcial de la solicitud.</p>