

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
186	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Hospital Universitario de Gran Canaria Localidad: Las Palmas de Gran Canaria IRA-2297 Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-18/IRA-2297/2022 Fecha Solicitud: 09.09.2022	Autorización de modificación de la instalación radiactiva de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none">- Sustitución de acelerador lineal de electrones	Instalación perteneciente al Plan INVEAT Se incluyen requisitos en el punto nº 14 del condicionado de autorización relativos a: <ul style="list-style-type: none">- Resultados de pruebas de aceptación de equipo- Resultados de medidas de verificación de blindajes de sala de nuevo acelerador- Registros comprobación de funcionamiento señalizaciones luminosas- Registros de formación- Procedimientos- Revisión de reglamento de funcionamiento actualización- Actualización de plan de emergencia interior

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
187	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA</p> <p>Localidad: Valencia</p> <p>IRA-3464</p> <p>Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-1/IRA-3460/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 12.08.2022</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación radiactiva de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de un acelerador lineal de electrones. 	<p>Instalación perteneciente al Plan INVEAT</p> <p>Supone ampliar de 1 a 2 el número de aceleradores lineales de la instalación</p> <p>Inclusión de especificación técnica nº 14 en condicionado de autorización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultados de pruebas de aceptación de equipo - Resultados de medidas de verificación de blindajes de sala de nuevo acelerador - Registros comprobación de funcionamiento señalizaciones luminosas - Registros de formación - Procedimientos - Revisión de reglamento de funcionamiento actualización - Actualización de plan de emergencia interior
188	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA</p> <p>Localidad: Zaragoza</p> <p>IRA-0423</p> <p>Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-1/IRA-0423/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 29.07.2022</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación radiactiva de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustitución de un acelerador lineal - Sustitución de un equipo de braquiterapia de alta tasa - Sustitución de un equipo TAC simulador 	<p>Instalación perteneciente al Plan INVEAT</p> <p>Inclusión de especificación técnica nº 14 en condicionado de autorización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultados de pruebas de aceptación de equipo - Resultados de medidas de verificación de blindajes de sala de nuevo acelerador - Registros comprobación de funcionamiento señalizaciones luminosas - Registros de formación - Procedimientos de verificación de la instalación - Revisión de reglamento de funcionamiento actualización - Actualización de plan de emergencia interior

