




- El supervisor realiza las revisiones de los sistemas de seguridad del equipo y de los niveles de radiación mensualmente, así como el mantenimiento preventivo del equipo según su manual de uso; estaban disponibles los procedimientos. \_\_\_\_\_
- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación de marca EBERLINE, modelo Smart Radiation Monitor (SRM-100). Última calibración realizada en e \_\_\_\_\_ el 28-10-03. \_\_\_\_\_
- Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalación relleno y actualizado. En este diario no se encontraban anotada ninguna incidencia desde la última inspección. \_\_\_\_\_
- Disponen de una licencia de supervisor, en vigor. \_\_\_\_\_
- Disponen de contrato de lectura dosimétrica para dos TLDs – uno personal y uno de área – lecturas procesadas por \_\_\_\_\_. Los últimos registros corresponden al mes de febrero de 2008 y acumulada, valores de fondo. \_\_\_\_\_
- Disponen de un registro de los usuarios del equipo así como hojas firmadas por los usuarios justificando que han recibido la formación para el uso del equipo en condiciones de seguridad. \_\_\_\_\_
- Realizan revisiones médicas en \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_
- Han enviado el informe anual correspondiente a las actividades de 2007 (el 15-02-08).


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cinco de mayo de dos mil ocho.




CSN/AIN/09/IRA/2339/08



Hoja 3 de 3



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **"INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE MADRID"**, en Tres Cantos (Madrid), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

  
A handwritten signature is present, but the name and other identifying information are completely redacted with a black box.

  
The location where the document was signed is redacted with a black box.

Tres Cantos, 13 de mayo de 2001