

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 22 DE MAYO DE 2023  
Hoja 1 de 1

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
128	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN Localidad: Castellón IRA-1116 Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-16/IRA-1116/23 Fecha Solicitud: 7.02.2023	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: <ul style="list-style-type: none"><li>• actualización de la denominación del titular</li><li>• sustitución del acelerador lineal de electrones de la marca Elekta, por otro de la misma marca.</li></ul>	<b>Instalación PLAN INVEAT</b>  Instalación de segunda categoría utilización de radiaciones ionizantes en radioterapia y en medicina nuclear.  No podrán iniciar el funcionamiento de nuevo LINAC hasta que el CSN realice la inspección previa a la notificación de puesta en marcha.