

## INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 21 DE JUNIO DE 2023- Hoja 1 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
145	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: RADIAPROT SL Localidad: Madrid IRA-3426 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-3426/2023 Fecha Solicitud: 05.09.2022	Autorización de modificación de la instalación para:  a) Ampliación de los radioisótopos para su actividad comercial, que incluye fuentes encapsuladas de $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$ b) Incorporación de un equipo de rayos X para realizar control de calidad de equipos de protección individual para protección radiológica	Instalación de segunda categoría autorizada para posesión y uso de material radiactivo con fines de comercialización y uso de equipos generadores de rayos X móviles con fines de radiografía industrial

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
146	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: MAFESYTER, SL</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-2714</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-2714/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 27.04.2023</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación para:</p> <p>a) Ampliar las actividades de comercialización y asistencia técnica para incluir los equipos de la firma UJP Praga modelos T100, TB80 y TB100</p>	<p>Instalación de segunda categoría autorizada para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comercialización y asistencia técnica de los equipos que se citan en la especificación 7ª, y almacenamiento (en cada instalación radiactiva contratada) de los equipos citados</li> <li>• Comercialización y asistencia técnica de los equipos que se citan en la especificación 7ª, y que nunca se almacenaran en dependencias de Mafesyster, SL, suministrándolo directamente en el cliente.</li> <li>• Revisión del funcionamiento de equipos de rayos X industriales y de equipos radiactivos que se cita en la especificación 7ª, de los sistemas de seguridad asociados al mismo y a la sala o recinto (si ha lugar) donde se encuentren ubicados y a la medida de fugas en puntos estratégicos</li> <li>• Controles de hermeticidad de fuentes encapsuladas</li> </ul>

## INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 21 DE JUNIO DE 2023- Hoja 3 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CSN/SRO</b>				
147	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE  Localidad: Madrid  IRA-0172B  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-19/IRA-0172B/2023  Fecha Solicitud: 06.03.2023	Autorización de modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sustitucion de un equipo de braquiterapia de alta tasa HDR por otro</li></ul>	<b>INSTALACIÓN PLAN INVEAT</b>  Instalación de segunda categoría autorizada para uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento de pacientes con técnicas de radioterapia