

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023- Hoja 1 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
194	AUTORIZACION DE MODIFICACION	<p>Nombre: DNOTA MEDIO AMBIENTE SL</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-2859</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-2859/23</p> <p>Fecha Solicitud: 30.06.2023</p>	<p>Motivo de solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Traslado de la instalación radiactiva a un nuevo emplazamiento en la misma localidad 	<p>Empresa de comercialización y asistencia técnica de equipos radiactivos de fuentes encapsuladas</p> <p>Requiere inspección previa a notificación de puesta en marcha</p>
195	AUTORIZACION DE MODIFICACION	<p>Nombre: SEDECAL</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-2827</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-2827/23</p> <p>Fecha Solicitud: 27.07.2023</p>	<p>Motivo de solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incorporar tres dependencias adicionales para realizar las pruebas de verificación y control de los equipos de rayos X que fabrican 	<p>Instalación de tercera categoría autorizada para utilizar generadores de rayos X en el control de calidad de los equipos de radiodiagnóstico que fabrican (equipos generadores de rayos X para radiodiagnóstico humano y veterinario)</p> <p>Requiere inspección previa a notificación de puesta en marcha</p>

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023- Hoja 2 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
196	AUTORIZACION DE MODIFICACION	<p>Nombre: ELEKTA MEDICAL SAU</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-0735B</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/IRA-0735B/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 21.04.2023</p>	<p>Motivo de solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incorporar entre los equipos a comercializar y dar asistencia técnica, equipos de rayos X móviles que complementan los sistemas de tratamiento mediante braquiterapia fabricados por medPhoton GmbH y distribuidos por Elekta 	<p>Instalación de segunda categoría autorizada para comercialización y asistencia técnica de aceleradores lineales de electrones, equipos de radiocirugía, equipos de braquiterapia y otros</p>
197	AUTORIZACION DE MODIFICACION	<p>Nombre: COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE</p> <p>Localidad: Ourense</p> <p>IRA-2425</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-2425/2023</p> <p>Fecha Solicitud: 10.07.2023</p>	<p>Motivo de solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> la autorización de un equipo híbrido PET-CT de 140 kV, 666 mA y 80 kW de tensión, intensidad y potencia máximas, respectivamente la autorización de flúor-18 y galio-68, en forma de fuentes no encapsuladas, para la realización de estudios diagnósticos PET. 	<p>INSTALACIÓN DENTRO DE PLAN INVEAT</p> <p>Instalación de segunda categoría autorizada para posesión y uso de material radiactivo (incluyendo radionúclidos emisores de positrones) y equipos generadores de radiación con fines de diagnóstico y de terapia ambulatoria, en el campo de aplicación de Medicina Nuclear.</p> <p>Requiere inspección previa a notificación de puesta en marcha</p>

INSTALACIONES RADIATIVAS. SESIÓN DE PLENO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023- Hoja 3 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNOSTICO MEDICO				
198	AUTORIZACION E INSCRIPCION EN REGISTRO DE EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS RAYOS X DE DIAGNOSTICO MEDICO	<p>Nombre: DENTSPLY SIRONA EUROPE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>ERX/B-0099</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0099/23</p> <p>Fecha Solicitud: 26-01-2023</p>	<p>Motivo de solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorización de venta de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico de la firma DENTSPLY SIRONA 	Equipos de rayos X de diagnóstico médico dental
199	MODIFICACION DE AUTORIZACION E INSCRIPCION EN REGISTRO DE EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS RAYOS X DE DIAGNOSTICO MEDICO	<p>Nombre: ODONSERTEC SL</p> <p>Localidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</p> <p>ERX/GC-0017</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/ERX/GC-0017/23</p> <p>Fecha Solicitud: 24-10-2022</p>	<p>Motivo de solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modificación de la autorización de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico por cambio de titularidad y de domicilio y por ampliación de los modelos de equipos objeto de la venta y asistencia técnica 	<p>Equipos de rayos X de diagnóstico médico dental</p> <p>Uno de los equipos de la firma VATECH que se solicitaba incluir en la autorización, queda excluido de la misma debido a que dicho equipo no cumple con lo establecido en el artículo 19.2.c.2 del Real Decreto 1085/2009</p>