

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
213	AUTORIZACION DE MODIFICACION	Nombre: ECKERT&ZIEGLER IBERICA SL Localidad: Madrid IRA- 2957 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2957/2023 Fecha Solicitud: 13.09.2023	Modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">• Incorporación entre los equipos autorizados, la comercialización y asistencia técnica de los sistemas para terapia superficial con rayos X marca Womed, modelos T-200 y T-160, que disponen de tubo de rayos X de 200 kV, 30 mA y 3000 W y 150 kV, 30 mA y 3000 W de tensión, intensidad y potencia máximas respectivamente, los cuales son fabricados por la firma Alemana Wolf Medizintechnik GmbH	Instalación de segunda categoría autorizada para comercialización, almacenamiento, distribución y suministro del de equipos y material radiactivo sin que haya manipulación, ni apertura de embalajes de los mismos y asistencia técnica de los equipos.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CCAA				
214	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACION	<p>Nombre: Tecnicontrol Ensayos no Destructivos, SL.</p> <p>Localidad: Erandio (Bizkaia)</p> <p>IRA-3396</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PV/IEEV/MO-2/IRA-3396/23</p> <p>Fecha Solicitud: 02-05-2023</p>	<p>Modificación de la autorización de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalación de dos equipos de rayos X marca Bosello High Technology: uno modelo XGR 226 – 1.8 i, de 225 kV, 16 mA y 1,8 kW, alojado en cabina de la misma marca, modelo SRE M@X 7.-120, y otro equipo modelo XRD 320-4.2 i, de 320 kV, 25 mA y 4,2 kW, alojado en cabina de la misma marca, modelo XGM 30 	<p>Instalación de segunda categoría que se autoriza para uso de equipos de radiografía y gammagrafía industrial fija.</p> <p>EVALUACIÓN REALIZADA POR ENCOMIENDA DE GOBIERNO VASCO</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO				
215	AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X	<p>Nombre: TECNYMAS 2018 SL</p> <p>Localidad: Bizkaia</p> <p>ERX/BI-0024</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/BI-0024/23</p> <p>Fecha Solicitud: 7.04.2022</p>	<p>Motivo de solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Venta y asistencia técnica de los equipos de rayos X de diagnóstico médico dental de la firma DÜRR DENTAL y para la venta de los equipos de rayos X de diagnóstico médico dental de la firma MORITA 	<p>Queda excluida de esta autorización la asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico de la firma MORITA.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X (OAR)				
216	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X	Nombre: EXCEM GRUPO 1971 SA Localidad: Madrid OAR-0062 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-17/OAR/0062/2023 Fecha Solicitud: 12.09.2023	Motivo de solicitud: <ul style="list-style-type: none">Incluir a su autorización de comercialización y asistencia técnica del sistema de inspección de carga/vehículos de la marca Nuctech, modelo MT1213DE(BX), similar a los previamente autorizados MT1213DE	

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X (OAR)				
217	AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X	Nombre: APR SALUD SL Localidad: Madrid OAR-0164 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0164/2023 Fecha Solicitud: 26.05.2023	Motivo de solicitud: <ul style="list-style-type: none">Inclusión en su autorización de comercialización y asistencia técnica de equipos SPECT-CT, modelos Veriton CT64 y Veriton CT16 del fabricante Spectrum Dynamics Medical Ltd (Israel)	