

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN SRO/CSN</b>				
5	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre Hospital Clínico</p> <p>Localidad: Valencia</p> <p>IRA-0750</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/MO-10/IRA-0750/2023</p> <p>Fecha Solicitud: MO-9: 17.02.2023/MO-10: 21.09.2023</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incorporación de un acelerador lineal de electrones portátil marca Sordina IORT Technologies, modelo LIAC HWL12 para procedimientos de radioterapia intraoperatoria. Incluye ampliar las dependencias de la instalación para incluir las salas y sus dependencias auxiliares,</li> <li>• adquisición de un equipo Leksell GAMMAKNIFE de la marca Elekta modelo Esprit, que sustituye al modelo Icon autorizado inicialmente,</li> </ul>	<p>Instalación radiactiva de segunda categoría se autoriza para posesión y uso de equipos generadores de radiación y de fuentes radiactivas encapsuladas con fines de tratamiento médico, investigación y docencia en el campo de aplicación de la radioterapia</p> <p>Se requiere inspección previa a la puesta en marcha de la modificación.</p> <p>Se requiere presencia de la inspección del CSN en la carga de fuentes de Gamma Knife</p> <p>En la solicitud de notificación de puesta en marcha deberán remitir al CSN lo requerido en las ETFs número 14 y 15 de la PDT</p>