

Trámite Simplificado

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CC.AA				
6	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Consorci Parc Recerca Biomédica Localidad: Barcelona IRA-2861 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-1/IRA-2861/2024 Fecha Solicitud: 14.08.2018/23.01.2020	Modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">• Aprobación del Plan de protección física revisión de enero de 2020• Exención de constituir un Departamento de Seguridad	Se incluirá nueva especificación técnica número 14 en relación con el PPF de revisión de enero de 2020 EVALUADO POR SCAR

Trámite Simplificado

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X				
7	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X	Nombre: TETRA PAK HISPANIA SA Localidad: Madrid OAR-0124 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0124/2024 Fecha Solicitud: 01.12.2023	Motivo de solicitud: <ul style="list-style-type: none"> • Incluir nuevos generadores de alta tensión en los equipos marca Tetra Pak modelo Tetra Pak E3 y sus variantes, para los que ya disponía de autorización de comercialización y asistencia técnica. 	
8	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X	Nombre: HELGESON SCIENTIFIC SERVICES SA Localidad: Madrid OAR-0174 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0174/2024 Fecha Solicitud: 15.12.2023	Motivo de solicitud: <ul style="list-style-type: none"> • Incluir a su autorización la comercialización y asistencia técnica de irradiadores de la marca MIRION DOSIMETRICS, modelo BeOSL IRRADIATOR. 	