

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN SRO/CSN				
12	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: Fundación Andaluza para el desarrollo aeroespacial-centro avanzado de Tecnologías Aeroespaciales</p> <p>Localidad: Sevilla</p> <p>IRA-3093</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3093/24</p> <p>Fecha Solicitud: 30-05-2023</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de un equipo portátil de rayos X de la firma Teledyne ICM SPRL, modelo LiteX, acoplado a un vehículo aéreo pilotado de forma remota 	<p>Instalación radiactiva de segunda categoría autorizada para desarrollar radiografía industrial (fija y móvil)</p>
13	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SURUS INVERSA SL</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-3212</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3212/24</p> <p>Fecha Solicitud: 8.11.2023</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio de emplazamiento de la instalación dentro de la misma localidad de Pozuelo de Alarcón en Madrid y adquisición de nuevo espectrómetro de fluorescencia de Rayos X portátil, marca NITON y modelo XL2, de 45 kV, 100 µA y 2 W de tensión, intensidad y potencia máximas respectivamente 	<p>Instalación radiactiva de tercera categoría autorizada para posesión y uso de equipos radiactivos con fines de análisis instrumental (espectrometría por fluorescencia)</p> <p>No podrá iniciarse el funcionamiento hasta que se disponga de notificación puesta en marcha previa inspección.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN SRO/CSN				
14	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: BP OIL ESPAÑA SAU Localidad: Valencia IRA- 0999 Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-12/IRA-0999/2024 Fecha Solicitud: 20.12.2023	Modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">Aprobación del Plan de protección física revisión 4	Se incluirá a la resolución del servicio territorial de Industria y Energía de Castellón de fecha 22.11.2017 modificación de las ETFs número 8 y 12.
15	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACION	Nombre: Centro Nacional de Biotecnología del CSIC Localidad: Madrid IRA-1861 Referencia informe técnico: CSN /IEV/MO-4/IRA-1861/2024 Fecha Solicitud: 19.10.2018/29.11.2023	Modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">Aprobación del Plan de protección física edición 2 de 20 de noviembre de 2023	Se incluirá nueva especificación técnica número 32 en relación a nuevo PPF edición 2

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X				
16	AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X	Nombre: UNIDALQUE SERVICIO Y MANTENIMIENTO SL Localidad: Barcelona OAR-0177 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/OAR-0177/2024 Fecha Solicitud: 30.01.2023/02.11.23	Motivo de solicitud: <ul style="list-style-type: none">Comercialización y asistencia técnica de equipo generador de rayos X de la marca Kunding Control Systems, modelo K-XRAY Rotomat KT	