

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
18	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: Agencia Estatal de la Administración Tributaria</p> <p>Localidad: Madrid</p> <p>IRA-2729</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-05/IRA-2729/24</p> <p>Fecha Solicitud: 05.02.24</p>	<p>Modificación de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar la instalación con tres equipos manuales de inspección por retrodispersión de la marca NUCTECH modelo modelo BXM2000, • tres nuevos sistemas móviles de inspección de vehículos por retrodispersión de rayos X de la marca NUTECH modelo MT0200BX, • cambio de ubicación del escáner de grandes cargas del puerto de Vigo • uso de forma móvil de los escáneres para grandes cargas montados en camiones 	<p>Instalación de segunda categoría para radiografía para inspección de contenedores en modo drive by, radiografía para inspección de grandes contenedores en modo drive through en puerto de Barcelona, radiografía para inspección del interior de vehículos y contenedores utilizando una furgoneta, radiografía para inspección de vehículos utilizando equipos portátiles.</p>
19	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: Comercial Centro Medico SL</p> <p>Localidad: Zaragoza</p> <p>IRA-3213</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-02/IRA-3213/2024</p> <p>Fecha Solicitud: 28.11.23</p>	<p>Modificación de la instalación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comercialización y asistencia técnica de equipos aceleradores ElectronFlash para investigación en radioterapia flash, fabricados por la empresa italiana S.I.T. – Sordina IORT Technologies S. p. A. que funcionan únicamente en modo de electrones y en dos configuraciones disponibles según modelo, 5 MeV y 7 MeV; 7 MeV y 9 MeV y 10 MeV y 12 MeV 	<p>Instalación de segunda categoría para comercialización y asistencia técnica de equipos tipo aceleradores de electrones y asistencia técnica de equipos de radioterapia superficial</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/CC.AA.				
20	AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN MARCHA	Nombre: Compañía Española de Laminación, SL Localidad: Castellbisbal (Barcelona) IRA-3570 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3570/2024 Fecha Solicitud: 23.11.23	Autorización puesta en marcha de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">• Puesta en marcha de la instalación radiactiva dedicada al análisis de materiales mediante fluorescencia de rayos X• Adquisición de un equipo Hitachi, modelo X-MET 8000, con características máximas de funcionamiento de 50 kV y 0,03 mA	Instalación radiactiva de tercera categoría para posesión y uso de equipo portátil de rayos X para análisis instrumental (espectrometría por fluorescencia de rayos X) Precisa inspección previa a la notificación de puesta en marcha EVALUADA POR ENCOMIENDA DE SCAR