

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación	MURO CLINIC		
Titular	MURO CLINIC SL		
Dirección	[REDACTED]		
Código	[REDACTED]	NIF	[REDACTED]
Actividad	Dental	Tipo	III
Fecha inscripción	18/01/1996	Última anotación	28/06/2000
Fecha inspección	09/06/2016	Finalidad	Control

D. [REDACTED] jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el nueve de junio de 2016 en la Clínica dental MURO CLINIC SL, sita en [REDACTED], 07440 MURO.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es [REDACTED] a nombre de MURO CLINIC SL, inscrita en el Registro el 18 de enero de 1992, y cuya última notificación de inscripción fue realizada el 28 de junio de 2000.

La Inspección fue recibida por [REDACTED] odontólogo, quien fue informado de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El representante del titular fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone del equipo que se relaciona a continuación, inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral			XAPE033/115060	70	8

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Están disponible una licencia de director de instalación a nombre de [REDACTED]
- Se realiza el control radiológico de [REDACTED] mediante el uso de dosimetría personal. Está disponible el registro de las dosis recibidas, sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- No está disponible ningún certificado de conformidad de la instalación emitido por una UTPR.
- Se ha realizado durante el 2015 el control de calidad de equipos, la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes, y la verificación de dosis a pacientes. No han sido necesarias actuaciones correctoras.



CUATRO. DESVÍOS

- No está disponible ningún certificado de conformidad de la instalación emitido por una UTPR.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial el 16 de junio de 2016.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante de MURO CLINIC SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

DILIGENCIA

En relación con la tramitación del acta de inspección de referencia CSN/CAIB/AIN/C01/RXPM-1339/2016, de 9 de junio de 2016, el inspector que la suscribe declara que la documentación remitida por **MURO CLINIC SL** no modifica el contenido del acta.

Palma, 12 de julio de 2016

