

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>EVALUACIÓN CCAA</b>				
4	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU Localidad: Barcelona IRA-1759 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-15/IRA-1759/2025 Fecha Solicitud: 15-07-2024	Modificación de la instalación para: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remodelar y ampliar dependencias</li> <li>- Substituir un equipo SPECT-CT por un equipo PET-CT</li> <li>- Suministrar monodosis de Tc-99m a otras instalaciones autorizadas del mismo titular</li> <li>- Utilizar semillas de I-125 para el marcaje de tumores</li> <li>- Modificar el inventario de fuentes encapsuladas y material radiactivo no encapsulado</li> </ul>	Instalación de segunda categoría autorizada para el diagnóstico y la terapia en medicina nuclear y la braquiterapia.  Precisa inspección previa a la notificación de puesta en marcha.  <b>EVALUACIÓN SCAR DE CATALUÑA</b>