

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS. Hoja 1 de 2 (rev.1.)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
5	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA SLU Localidad: Salamanca IRA-3591 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3591/2025 Fecha Solicitud: 16.05.2024	Autorización de instalación para: <ul style="list-style-type: none">• La instalación del ciclotrón y la realización de las pruebas pre operacionales del equipo para verificar su funcionamiento.• La posesión y uso de material radiactivo no encapsulado para realizar las verificaciones pre operacionales del ciclotrón.• La posesión y uso de fuentes radiactivas encapsuladas para realizar controles de calidad. -	Instalación de segunda categoría. Acelerador de iones negativos tipo ciclotrón de firma GE con capacidad de producción de los siguientes radioisótopos emisores de positrones en forma líquida <ul style="list-style-type: none">- Fluor 18- Nitrógeno 13 Precisa inspección previa a la notificación de puesta en marcha.

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS. Hoja 2 de 2 (rev.1.)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
6	AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: RADIOTERAPIA DE PROTONES SL Localidad: Madrid IRA-3603 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3606/2025 Fecha Solicitud: 30.10.2024/18.02.2025	Autorización de instalación para: <ul style="list-style-type: none">• La construcción, adquisición del equipo acelerador lineal de marca Elekta modelo Unity con energía de 7MeV para fotones, dotado de un sistema de imagen guiada por resonancia magnética y montaje de la instalación conforme a la reglamentación vigente.• El funcionamiento de la instalación radiactiva una vez obtenida la notificación para la puesta en marcha.	Instalación de segunda categoría para posesión y uso de equipos generadores de radiación con fines médicos en el campo de la oncología radioterápica con haces externos. Precisa inspección previa a la notificación de puesta en marcha.
7	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: FUNDACIÓN JIMENEZ DIAZ Localidad: Madrid IRA-0415 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-13/IRA-0415/2025 Fecha Solicitud: 24.10.2024	Modificación de autorización para: <ul style="list-style-type: none">• Sustitución del acelerador lineal de electrones de la marca ELEKTA, modelo Synergy Platform, emisor de fotones de 6 y 15 MV provisto de un sistema imagen por rayos X, por un acelerador lineal de electrones de la marca ELEKTA, modelo Evo Full Adaptative, emisor de fotones de 6 MV, provisto de un sistema imagen por rayos X• Sustitución de la puerta blindada de acceso al bunker por una puerta convencional.	Instalación de segunda categoría para posesión y uso de equipos generadores de radiación y equipos radiactivos con fines de radioterapia (teleterapia y braquiterapia) y fuentes radiactivas encapsuladas con fines de tratamiento médico. Precisa inspección previa a la notificación de puesta en marcha.