Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
47	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ROCKWOOL PENINSULAR SA Localidad: Navarra IRA–2467 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-01/IRA-2467/2025 Fecha Solicitud: 14.05.25	Autorización de modificación para incluir: • un equipo analizador portátil mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X, para análisis dentro del proceso de fabricación	Instalación de segunda categoría autorizada para utilización de equipos con fuentes radiactivas encapsuladas con fines de control de procesos y análisis utilizando equipos de espectrometría por fluorescencia de rayos X.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CCAA				
48	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACION	Nombre: Hospital Clinic de Barcelona Localidad: Barcelona IRA-0017 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-46/IRA-0017/2025 Fecha Solicitud: 19.09.2024	Autorización de modificación para: • Inclusión en el inventario de material radiactivo autorizado el radionúclido Ac-225, en forma no encapsulada. • Baja del equipo de densitometría ósea. • Baja de dependencia que alberga el dosímetro óseo.	Instalación de segunda categoría autorizada para la posesión y uso de material y equipos radiactivos para el diagnóstico y la terapia en régimen ambulatorio y hospitalario, en el ámbito de la medicina nuclear.
49	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Pont, Aureli, y Armengol SL Localidad: Terrassa IRA-3615 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3615/2025 Fecha Solicitud: 17.02.25	Autorización de funcionamiento para: • instalar un equipo, provisto de una fuente radiactiva de ^{85}Kr.	Instalación de segunda categoría autorizada para control de procesos para la medida del gramaje de artículos no tejidos punzonados con fibras de poliéster Requiere inspección de puesta en marcha

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS. SESIÓN DE PLENO 18 DE JUNIO DE 2025- Hoja 3 de 3

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE FABRICACION DE EQUIPOS DE RAYOS X				
50	AUTORIZACION DE FABRICACION DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA INSPECCION DE PRODUCTOS	Nombre: Asociación de Investigación de las Industrias cerámicas Localidad: Castellón FER-0025 Referencia informe técnico: CSN/PDT/AUT-1/FER-0025/2025 Fecha Solicitud: 17.02.2025	Motivo de solicitud: • Autorización de fabricación de equipos marca TEKINN	La autorización de fabricación de equipos no faculta para la comercialización y asistencia técnica en seguridad radiológica de los mismos Uso de equipos para inspección de productos