Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
60	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA SLU Localidad: Barcelona IRA-3613 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3613/25 Fecha Solicitud: 30.01.2025	Modificación de la instalación para: • producción de radiofármacos marcados con galio-68 con fines de diagnóstico PET • la comercialización de los radiofármacos producidos	Instalación de segunda categoría que se autoriza para a) uso de material radiactivo no encapsulado y fuentes radiactivas encapsuladas para la producción de radiofármacos marcados con galio-68 con fines de diagnóstico PET y b) la comercialización de los radiofármacos producidos en todo el territorio nacional. Requiere inspección previa a notificación de puesta en marcha

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
61	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: OCA, Inspección, Control y Prevención, SAU Localidad: Madrid IRA-0126 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-25/IRA-0126/25 Fecha Solicitud: 09-05-2025	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para disponer de: • Nueva delegación en Los Barrios (Cádiz) con un recinto de almacenamiento para 6 gammágrafos.	Instalación de segunda categoría autorizada para radiografía fija y móvil y gammagrafía industrial y análisis instrumental Requiere inspección previa a notificación de puesta en marcha
62	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: OCA, Inspección, Control y Prevención, SAU Localidad: Madrid IRA-0126 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-25/PPF-1/IRA-0126/25 Fecha Solicitud: 12-06-2025	Modificación de la instalación para: • Aprobación del Plan de protección física	Se incluye la especificación técnica nº 13 en relación con el PPF
EVALUACIÓN CCA				

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
63	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, SL Localidad: Ibiza (Illes Balears). IRA-3513 Referencia informe técnico: CSN-CAIB/IEV/MO-01/IRA-3513/2025 Fecha Solicitud: 19-03-2025	Autorización de modificación para • incorporación de un equipo híbrido SPECT-CT de 140 KV, 30 mA y 24 kW de tensión, intensidad de corriente y potencia máximas respectivamente • incorporar en una nueva dependencia de la instalación e • Incorporar una fuente encapsulada de Co-57 y otros radionúclidos, tales como Tc-99, I-131, Ga-67, In-111, para diagnóstico y tratamiento ambulatorio.	Instalación de segunda categoría autorizada posesión y uso de fuentes radiactivas (incluyendo radionúclidos emisores de positrones) y equipos híbridos generadores de radiación (equipo híbrido PET-CT y equipo híbrido SPECT-CT) con fines de diagnóstico y de terapia ambulatoria en el campo de aplicación de la Medicina Nuclear Precisa de inspección previa a la puesta en marcha
64	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Localidad: Barcelona IRA-0726 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-22/IRA-0726/2025 Fecha Solicitud: 13.02.2025	Autorización de modificación para: • Aumentar la actividad del 177Lu para tratamientos de tumores radiometabólicos • Autorizar el 225Ac para tratamientos, • Autorizar el 188Re para el tratamiento de tumores cutáneos.	Instalación de segunda categoría autorizada para son poseer y usar materiales y equipos radiactivos para el diagnóstico y la terapia de pacientes en el ámbito de la medicina nuclear.