Trámite Normal

INSTALACIONES RADIACTIVAS. SESIÓN DE PLENO 1 DE OCTUBRE DE 2025- Hoja 1 de 1

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
14	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA – Servicio de Salud de Castilla la Mancha Localidad: CUENCA IRA-3617 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3617/2025 Fecha Solicitud: 06-03-2025	Autorización del funcionamiento de una instalación radiactiva de segunda categoría dotada: - Acelerador lineal de electrones de la con energías de 4, 6, 9 y 12 MeV para electrones y de 6 y 10 MV para fotones, y posibilidad de funcionar sin filtro aplanador (FFF) a la energía de 6 MV. El acelerador está provisto de un sistema de imagen guiada por rayos X. - Equipo de tomografía computarizada de 140 kV, 825 mA y 75 kW de tensión, intensidad de corriente y potencia máximas, respectivamente.	la instalación estará ubicada en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA cuya actividad será la posesión y uso de equipos generadores de radiación y fuentes radiactivas encapsuladas con fines médicos, en el campo de aplicación de la Oncología Radioterápica con haces externos. . Requiere inspección previa a la emisión de notificación de puesta en marcha