

Trámite Normal

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
15	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana- Hospital General Universitario de Castellón Localidad: Castellón de la Plana IRA-3610 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3612/2025 Fecha Solicitud: 27-02-2024	Autorización del funcionamiento de una instalación radiactiva de segunda categoría a para la posesión y uso de equipos generadores de radiación con fines médicos en el campo de aplicación de la Oncología Radioterápica (teleterapia con aceleradores de radioterapia intraoperatoria). Con estas características: • Acelerador de electrones para radioterapia intraoperatoria de la marca SORDINA IORT Technologies, modelo LIAC HWL12 con energía máxima de electrones de 12 MeV.	El hospital oncológico de Castellón tiene el SPR autorizado es el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón CHPC (IRA-1116). Sin embargo, el nuevo acelerador intraoperatorio, por razones clínicas, está ubicado en otro hospital: el Hospital General Universitario (HGUC). Requiere inspección previa a la emisión de notificación de puesta en marcha