

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintiuno de mayo de dos mil trece en **TUBOS REUNIDOS, APLICACIONES TUBULARES DE ANDALUCIA S. A.**, sita en [REDACTED] en Chiclana (Cádiz).

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a gammagrafía, cuya última autorización de modificación (MO-3) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 28 de mayo de 2007.

Que la Inspección fue recibida por el D. [REDACTED], Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una Licencia de Supervisor en vigor. _____
- Efectúan reconocimientos médicos anuales en [REDACTED] _____
- El último informe dosimétrico, emitido por [REDACTED] corresponde al mes de julio de 2013 y no presentaba valores significativos. _____
- Desde julio de 2013 no se han realizado informes dosimétricos al darse de baja el dosímetro personal. _____
- Disponen de un equipo de fluorescencia [REDACTED], nº 14144 de 40 kV. 0,1 mA. _____

- El uso habitual del equipo es muy esporádico. _____
- No han realizado las revisiones semestrales del equipo [REDACTED] _____
- No tienen monitor de radiación. _____
- El Diario de Operación estaba disponible. _____

DESVIACIONES

- No disponen de dosimetría personal de solapa desde julio del año 2012 (Especificación 16ª). _____
- No tienen monitor de radiación (Especificación 16ª). _____
- No realizan las revisiones semestrales del equipo [REDACTED] (Especificación 30ª). _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiocho de mayo de dos mil trece.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **TUBOS REUNIDOS, APLICACIONES TUBULARES DE ANDALUCIA S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/23/IRA/1203/13 de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, correspondiente a la inspección realizada en TUBOS REUNIDOS, APLICACIONES TUBULARES DE ANDALUCIA S. A., en carretera del [REDACTED] en Chiclana (Cádiz).

D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, adjunta comentarios al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

Madrid, 28 de junio de 2013

[REDACTED]