

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintiuno de enero de dos mil catorce en el **INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO.**, sito en [REDACTED] en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiografía, cuya última autorización de modificación (MO-1) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 16 de julio de 2003.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Supervisora, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de un equipo de rayos X [REDACTED], nº 030734-23 de 160 kV, 10 mA, situado en el taller de ensayos no destructivos. _____
- La UTPR de [REDACTED] efectúa revisiones semestrales del equipo y de la instalación. _____
- Disponen de un equipo de medida de la radiación [REDACTED] nº 9506-004, calibrado en e [REDACTED] con fecha 8-6-09. _____
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación del equipo de medida. _____

- En el Diario de Operación figuran la utilización del equipo y las revisiones. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en [REDACTED] _____
- Disponen de dos dosímetros personales, sin datos significativos. _____
- Se encuentra en elaboración el informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de enero de dos mil catorce.

[REDACTED SIGNATURE]

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.