

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCION

D^a [REDACTED], Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día diez de abril de dos mil doce en la una delegación de EPTISA, sita en la [REDACTED], en Málaga.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a uso industrial, ubicada en el emplazamiento referido, cuya última Resolución de Modificación (MO-2), fue concedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la COMUNIDAD DE MADRID, en fecha 11 de enero de 2012.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], y D. [REDACTED] supervisores de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico, resulta que:

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de información requerida y suministrada, resulta que:

- "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L." con domicilio social en c/ [REDACTED] en Madrid, es titular de una instalación radiactiva de 2^a categoría (IRA/2409), en cuya última modificación (MO-2) se incluye en especificación 2^a la delegación de Málaga. _____



SN


CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 4


DELEGACION DE MALAGA: DEPENDENCIAS / EQUIPOS

- El recinto de almacenamiento dentro de la nave correspondiente a la delegación de Málaga corresponde a lo descrito en la memoria de modificación de la instalación; la puerta se encontraba cerrada con llave y señalizada como "Zona Vigilada"; este almacén tiene capacidad suficiente para cuatro equipos medidores de densidad y humedad de suelos. _____
- El día de la inspección se encontraba dentro de este almacén un equipo de marca _____ modelo _____ (n/s 15701) señalizado con los datos de las fuentes de Cs-137 (8 mCi) y Am-241/Be (40 mCi); el equipo se encontraba dentro de su maleta de transporte, señalizada conforme al reglamento de transporte; tasas de dosis medidas en contacto: 29.1 µSv/h; fuera del almacén: fondo. _____
- Según la documentación presentada, el resto de los equipos asignados a esta delegación corresponden a: dos equipos de marca _____ uno modelo _____ (n/s 36509) y otro modelo _____ (n/s 14907). Estos equipos se desplazan diariamente a _____. _____
- Según se manifiesta actualmente los equipos se desplazan a Antequera almacenándose después de la jornada laboral en la delegación de Málaga. _____
- Realizan revisiones semestrales a los equipos en _____ y pruebas de hermeticidad anuales a las fuentes de Cs-137 y Am-241/Be correspondientes. _____
- Estaban disponibles los últimos certificados correspondientes a:

N/S	Revisiones	Hermeticidad
- 14957	- 16-02-12	- 16-02-12
- 15701	- 27-03-12	- 23-09-11
- 36501	- 27-03-12	- 27-03-12



- Estaban disponibles las últimas revisiones realizadas a las varillas (cada 5 años) a los tres equipos con resultados de "bueno" de fechas: 14-01-09; 11-02-08 y 24-11-11, para los tres equipos mencionados en la tabla anterior. _____
- Disponen de tres detectores de radiación, de marca _____ asignados a esta instalación; se adjunta como Anexo I la relación de estos equipos. Realizan revisiones anuales de esos equipos; estaban disponibles los certificados emitidos por _____ de fechas: 03-11-11, 13-07-11 y 23-11-11 (n/s 293, 1578 y 13598, respectivamente). El día de la inspección estaba en la instalación el detector n/s 293. _____
- Disponen de un programa de verificación y calibración (establecido para todos los equipos de detección de la instalación), enviado al CSN. _____
- Estaban disponibles los tres Diarios de Operaciones correspondientes a cada uno de los equipos, rellenos y actualizados con los datos de uso de los equipos. _____
- Estaba disponible la "relación de trabajadores profesionalmente expuestos" asignados a la delegación de Málaga, correspondientes a un supervisor y cuatro operadores, con licencias en vigor; se adjunta copia de esta relación como Anexo II al Acta. _____
- Realizan revisiones medicas anuales en "_____" (Málaga). _____
- Disponen de contrato de lectura dosimétrica con _____ hasta marzo de 2012 y desde esta fecha han contratado _____; estaban disponibles las últimas lecturas correspondientes mes de febrero de 2012 para las cinco personas asignadas a esta delegación, valores de fondo. _____
- Han realizado un curso de formación en fecha: 24-02-11. _____
- Según se manifiesta disponen de "Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas" y de póliza de cobertura de Riesgos por actividades de transporte. _____
- El día de la inspección se encontraba en la instalación una furgoneta con la señalización reglamentaria y la documentación correspondiente al transporte de equipos radiactivos. _____




SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 4 de 4

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinte de abril de dos mil doce.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de "EPTISA", en Málaga para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

EN MÁLAGA A 7 DE MAYO DE 2012

CONFORTÉ



Fdo.



Supervisor IRA-2409